



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ВУ.С.34.999.А № 50670

Срок действия до 14 мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Вольтметры переменного тока ЦВ8500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильное научно-производственное предприятие "Электроприбор"
(ООО "МНПП "Электроприбор"), г. Витебск, Республика Беларусь**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 37458-08

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП.ВТ.024-2002

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **14 мая 2013 г. № 483**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



"20" 05 2013 г.

Серия СИ

№ 009640