



МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

Серия Е

№ 002674



**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о признании утверждения типа  
средств измерительной техники**

№ UA-MI/Зр-1616-2015

Выдано 23 декабря 2015 г.

Настоящее свидетельство, выданное ООО "МНПП "Электроприбор", Республика Беларусь, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний, утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 декабря 2006 г. Госпотребстандартом Украины, признаны результаты государственных испытаний и утверждения типа преобразователей измерительных напряжения переменного тока ЭП8555, проведенных Госстандартом Республики Беларусь.

Преобразователи измерительные напряжения переменного тока ЭП8555 на основании решения Министерства экономического развития и торговли Украины зарегистрированы в Государственном реестре средств измерительной техники под номером РБ 03 13 0018 10.

Преобразователи измерительные напряжения переменного тока ЭП8555 подлежат поверке или калибровке после ремонта и в эксплуатации.

Межповерочный интервал, установленный при признании утверждения типа преобразователей измерительных напряжения переменного тока, – 1 год, рекомендуемый межкалибровочный интервал – 1 год.

*Заместитель Министра  
экономического развития и торговли Украины*



*М.Е. Нефедов*